

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

Teklif verme son tarih	20.01.2022 11:00				
Telefon	0 352 336 88 84 – 1144 –1158				
E-posta	kayseridevletsatinal@gmail.com - kayseridevletsatinal@hotmail.com				
Kurum internet Sitesi	www.kayseridh.gov.tr				
İhale No:	Yaklaşık Maliyet				
Sıra No	Mahn / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	KRİYOTERAPİ CİHAZI TAŞINABİLİR TERMOS TİPİ	1	ADET		
Toplam Tutarı:					

İdari şartlar,

- 1-Tarihi, saat, kaşe ve imzası olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası ve teslimat belirtilecektir
- 2-Tıbbi Sarf Malzemelerde TİTUBB veya ÜTS da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklilerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.
- 3-Tıbbi Sarf Malzemelerde Tedarikçi firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarası ile varsa SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.
- 4-Listede ürünlere kalem bazında teklif verilecek olup kısım toplamı dikkate alınacaktır.
- 5-Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.
- 6-Genel Bütçe ödemesi olarak ortalama 30 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.
- 7-İhale yapılması planlanan bu alımın parasal tutarlar içerisinde olması halinde doğrudan temin yöntemi ile satın alması idare tarafından karar verilebilir.

CRYO / KRİYOTERAPİ SİSTEMLERİ, KRİYOTERAPİ CİHAZI TAŞINABİLİR TERMOS TİPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Kayseri Devlet Hastanesi için alımı yapılacak olan cihazlardır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1- Cryo cihazı ergonomik bir dizayna sahip olmalıdır.
- 2- Cihaz dermatolojik tedavilerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalı ve bunun için gerekli aksesuarlar cihaz ile birlikte verilmelidir.
- 3- Cihaz taşınabilir olmalı ve en az 0.5 lt. Azot kapasitesine sahip olmalıdır.
- 4- Cihaz, tekrar tekrar doldurulabilir özellikte olmalıdır.
- 5- Cihazın üzerinde yüksek basınç durumlarında devreye girecek yüksek basınç ve tahliye valfi bulunmalıdır.
- 6- Cihaz spray uçları kolayca cihaza monte edilebilmesi ve herhangi bir kaçağa sebebiyet vermemesi için çentikli vidalanabilir yapıda olmalıdır.
- 7- Cihaz gövdesi ve tetiği kullanıcıyı soğuktan korur yapıda olmalıdır.
- 8- Cihaz materyali yüksek gerilim direncine sahip paslanmaz çelik malzemeden oluşmalıdır.
- 9- Cihaz ile birlikte Türkçe kullanım kılavuzu verilmelidir.
- 10- Cihaz ile birlikte verilecek olan prob uçları altın kaplamalı olmalı ve bu durum belgelenmelidir.

2.1 AKSESUARLAR

Cihaz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.

- 11- 4 Adet Altın Kaplama Spray Uç (1 Adet A, 1 Adet B, 1 Adet C ve 1 Adet D Tip)
- 12- 1 Adet Termos Koruyucu Bant
- 13- 1 Adet Cryo Termosu ile Tam Uyumlu Masaüstü Standı (Tabanlılığı)

Demonstrasyon uygun görülmemiştir

4. MONTAJ

4.1. Cihazın montajı firma tarafından kurumun göstereceği yere ücretsiz olarak monte edilecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Montaj esnasında cihazda meydana gelecek tüm problemler firmaya ait olacaktır.

5. EĞİTİM

5.1. İhaleyi alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile ilgili eğitilmiş personel tarafından idarenin belirleyeceği en az 3 (üç) elemana en az 1 (bir) gün ücretsiz eğitim verilmesini sağlayacaktır. Eğitim veren personelin ürün ile ilgili bilgilere tam haiz olması gerekecek ve idare tarafından kontrolü sağlanacaktır.

5.2. Ürünün kurulumu sonrasında yüklenici firma tarafından garanti süresi içerisinde ihtiyaç duyulması halinde yılda 1 kereyi geçmemek şartıyla yetkilendirmiş olduğu personelleri ile eğitim verilmelidir.

ADIL K. AKUŞ
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.
Kayseri Devlet Hastanesi

5.2. Ürünün kurulumu sonrasında yüklenici firma tarafından garanti süresi içerisinde ihtiyaç duyulması halinde yılda 1 kereyi geçmemek şartıyla yetkilendirmiş olduğu personelleri ile eğitim verilmelidir.

6. MUAYENE VE KABUL

6.1. Cihazın kabul ve muayenesi idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca varsa yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerin kontrol ve sayımı yapılacaktır.

6.2. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzenek firmalar tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır. Muayene ve kabulde oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumlu olacaktır.

6.3. Fonksiyon testlerinde tüm fonksiyonları ile çalışır durumda olmayan cihaz, kesinlikle teslim alınmayacaktır.

6.4. Teslim edilen cihaz orijinal ambalajında (koruma kılıfı vb) olmalıdır. Önceden kullanılmış demo vb. bir cihaz olması halinde cihaz kesinlikle teslim alınmayacaktır. Cihaz teslim edildiği andan itibaren ilgili personeller eşliğinde açılmalıdır.

7. GARANTİ

7.1. Cihazın tamamı en az 2 (iki) yıl tam garantili olacak ve bu garanti yüklenici firma ve yetkili üretici ve ithalatçı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince, sistemin kataloglarında belirtilen sürelerde ve arıza durumlarında her türlü servis, bakım, onarım, kalibrasyon, yedek parça, işçilik, yazılım güncelleme ve ulaşım (sistemin kataloglarında süre belirtilmemesi halinde 6 (altı) ayda bir defa cihazın gerekli kalibrasyonunu ve bakımını yapacaktır.) için hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Kullanılacak olan yedek parçalar garanti kapsamında olacaktır. Garanti içinde cihazın bozuk olduğu süreler garanti süresine eklenecektir.

7.2. Mevzuata uygun olarak ve idarece uygun görülmesi halinde garanti süresi bitiminden sonraki en az 5 yıl için, yıllık olarak ihale bedelinin (ihale günü T.C.Merkez Bankası döviz alış bedeli üzerinden) en fazla % 5'ine kadar sistemin kataloglarında belirtilen sürelerde ve arıza durumlarında her türlü servis, bakım, onarım, yazılım güncelleme, ulaşım, işçilik, kalibrasyon, yan ekipmanların bakım onarımları ve parça dahil sözleşme yapılabilecektir. Kullanılacak olan yedek parçalar sözleşme kapsamında olacaktır. Sistem en az % 95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi) olacak şekilde çalışacaktır. Bu süreye ulaşamaması halinde, ulaşılmayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki kat süre eklenecektir. Uptime süresi 365 gün üzerinden hesaplanacaktır.

7.3. Yüklenici Firma telefon desteği verebilecek bir teknik personelin telefon numarasını Kabul işlemlerinde Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi personeline vermelidir.

7.4. Arıza durumunda firma, sistemi kargo ile istemesi durumunda kargo sevkiyatı sırasında doğabilecek zarar ve kayıp olması gibi durumlardan sorumlu olacaktır.

7.5. Yüklenici firmaya her türlü arıza bildirimini e-mail, telefon ya da faks araçlarına yapılabilir.

7.6. Yazılım tabanlı olan cihazlarda, firma tarafından yazılım versiyon kontrolleri güncel olarak takip edilmeli ve yenileri ile ücretsiz olarak güncellenmelidir. Garanti süresi sonrası süreçlerde de versiyon güncellemesi ihtiyaç duyulan durumlarda da ücretsiz olarak güncellemeleri yaparak var ise entegre olan sistemlerle koordinasyonunu tam sağlama noktasında işlemleri gerçekleştirmelidir. Bu ve ihtiyaç duyulacak diğer işlemlerle ilgili kullanıcı/servis şifrelerine ihtiyaç duyulması halinde yüklenici firma ücretsiz olarak Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi'ne bilgileri paylaşmak zorundadır.

7.7. Yetkili firmaya arıza bildirimini bulunulan hallerde firma, 2 iş günü içerisinde arızaya müdahale edecek, müdahale sonrası onarım için yedek parça gerekmeyen durumlar tespit edildiği takdirde müdahaleden 12 saat sonra cihaz veya sistem faal olarak teslim edilecektir. Yedek parça temini gereken durum ile karşılaşırsa, firma bu durumun tespitinden 3 iş günü içerisinde tedarikini sağlamak ve sistemi faal olarak temin etmek durumdadır. Firmanın arızalanan yedek parçayı yurt içi stoklarından tedarik edemeyeceğini resmi olarak belgelemesi durumunda ise onarım süreci ilgili gümrük ve bağlı olunan kurumların yasal sürelerine göre süreçler yönetilecektir.

Adil K. AKKÖK
İdari ve Teknik Sorumlular Müd. Yrd.
Kayseri Devlet Hastanesi

7.8. Malın arızasının 20 (Yirmi) iş günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip (aynı işlevi yerine getirebilecek nitelikte olmak şartıyla) başka bir malı idareye ücretsiz tahsis etmekle yükümlü olacaktır.

7.9. Malın İdareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dışında yukarıda belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın 3 (üç) kez tekrarlanması veya farklı türdeki arızaların 4'ten (dört) fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 6 (altı)'dan fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması ve Hastane Yönetimi veya Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi tarafından bu durumun belgelenmesi halinde yüklenici malı yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür. Ancak, malın birden fazla üniteden oluşması halinde yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle yükümlüdür.

7.10. Yüklenici firmadan temin edilen malların garanti süreci ve sonrasındaki 8 yıllık süreç içerisinde yer değişimi durumları için firma, demontaj, teknik işçilik, alt yapı düzenleme işleri, kurulum vb. işlemlerinin tamamının sözleşme bedelinin %2 'sini geçmeyeceği ve ilgili hizmeti gerçekleştireceği ile ilgili taahhütte bulunmalıdır.

7.11. Garanti süreci bitimini takip eden 8 yıl süresince Yetkili Firma ile yapılacak olan bakım onarım sözleşmeleri için servis hizmet bedelleri yedek parça hariç sözleşme bedelinin %2'sini, yedek parça dahil sözleşmeler için de sözleşme bedelinin %4'ünü geçmeyecek ve firma tarafından taahhüt edilecektir.

8. TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ

İSTENEN DÖKÜMANLAR:

8.1. İhaleyi alan yüklenici, cihaz ile birlikte cihazın original kullanım, bakım, onarım ve teknik servisi için gerekli dokümanları, iki adet Türkçe kullanım kılavuzunu ve cihazın servis manuelini cihazın muayene ve kabulü sırasında verecektir. Bu hükümler yerine getirilmediği takdirde cihazların muayene ve kabulü yapılmayarak teslim alınmayacaktır.

8.2. İhaleye katılan istekliler, teklif ettiği cihazla ilgili yetkili kişilerce imzalanan ve kaşelenen yetki belgelerini, yetki belgesinde imzası olan kişilerin yetkili olduklarına dair belge ile birlikte teknik şartnameye uygunluk belgesi ekinde sunacaktır.

8.3. İhaleye katılan aday ve istekliler "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "satış merkezi yetki belgesi"ni ibraz edeceklerdir.

8.4. Cihazlar kalibrasyonları yapılarak, kalibrasyon etiketleri ve raporları, TKHK Metroloji Faaliyetleri Kılavuzuna uygun formatta olacak şekilde teslim edilecektir.

8.5. Yüklenici firmanın teklif edeceği tıbbi cihaz Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 3. maddesinin (o) bendine istinaden;

- **Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi**

8.6. İrsaliye ve faturalarda, şartnamelerde (teknik şartname, idari şartname vs.) belirtilen MKYS Malzeme Tanımları ve seri / lot numarası bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

8.7. Yüklenici firma teklif edeceği UBB'ye tabi ürünün TITUBB/ ÜTS kayıt barkodunu, teklif dökümanlarını ihale dosyasında ve faturalarda beyan edecektir.

NOT: Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda tip idari şartname ve sözleşme hükümleri geçerlidir.

Görkem TEMEL
Biyomedikal Mühendisi

Salih ALKAYA
Taahhüt Kayıt Konu Yetkilisi

Uzm.Dr.Seyhan Senol ALTINOZ
Denizli Devlet Hastanesi - Karabazam
1. Kat Katip Hastane
KAYIT NO: 51584

ADIL KAYIŞ
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.
Kayseri Devlet Hastanesi